



PROVA 19

諧波及漏電鉤表

CE

CAT II 600V, CAT III 300V

特點:

1. 在0.5% 基準誤差時電壓與電流均方根值測量
2. 洩漏電流量測，10 μ A之解析度
3. 交流電流諧波分析
4. 第1到第99次的諧波分析，1.0%最佳誤差
5. 總諧波失真(%THD-F)以及波峰因素(CF)
6. 快速峰值鎖定 (50Hz時為39 μ s, 60Hz時為33 μ s)
7. 可設定1到250的 (CT) 比流器比率
8. 最大值，最小值及鎖定功能
9. 在不使用狀態30分鐘後自動關機功能 (可解除)
10. 鉤部不受外界干擾

電氣規格: (23°C \pm 5°C)

交流電流

(自動檔位, 均方根值, 波峰因素 $<$ 4, 當CT=1, mA檔位的最大峰值為880mADC以內, A檔位的最大峰值為73.5ADC以內, AC交流電600A過載保護)

檔位	解析度	讀值誤差 (50/60Hz)
0.5 – 60mA	0.01mA	\pm 0.5% \pm 5dgts
60 – 100mA	0.01mA	\pm 0.5% \pm 50dgts
100 – 600 mA	0.1 mA	\pm 0.5% \pm 5dgts
0.05 – 3 A	0.001 A	\pm 0.5% \pm 5dgts
3 – 30 A	0.01 A	\pm 0.5% \pm 5dgts
30 – 50 A	0.01 A	\pm 1.0% \pm 5dgts

檔位	解析度	讀值誤差 (45-1KHz)
0.5 – 60mA	0.01mA	±1.5% ± 5dgts
60 – 100mA	0.01mA	±1.5% ± 50dgts
100 – 600 mA	0.1 mA	±1.5% ± 5dgts
0.05 – 3 A	0.001 A	±1.5% ± 5dgts
3 – 30 A	0.01 A	±1.5% ± 5dgts
30 – 50 A	0.01 A	±1.5% ± 5dgts

交流電壓

(自動換檔, 均方根值, 波峰因素<4, 輸入阻抗10MΩ, 最大峰值為860VDC, AC交流電800V過載保護)

檔位	解析度	讀值誤差 (50/60Hz)
5V – 250 V	0.1 V	±0.5% ± 5dgts
250 V – 600 V	0.1 V	±0.5% ± 5dgts

檔位	解析度	讀值誤差 (45-1KHz)
5V – 250 V	0.1 V	±1.5% ± 5dgts
250 V – 600 V	0.1 V	±1.5% ± 5dgts

交流電壓諧波的百分比

(第1到第99次諧波, 在50或60Hz時最小電壓 >AC 80V, 若電壓在50或60Hz時為0, 則所有的百分比顯示皆為0.)

檔位	解析度	準確率
1 – 10 th	0.1 %	(讀值的±1%) ±1%
11 – 20 th	0.1 %	(讀值的±5%) ±1%
21 – 50 th	0.1 %	(讀值的±15%) ±1%
51 - 99 th	0.1 %	(讀值的±35%) ±1%

交流電壓諧波的強度

(第1到第99次諧波, 50或60Hz)

檔位	解析度	準確率
1 – 10 th	0.1 V	(讀值的±1%) ±7dgts
11 – 20 th	0.1 V	(讀值的±5%) ±7dgts
21 – 50 th	0.1 V	(讀值的±15%) ±7dgts
51 - 99 th	0.1 V	(讀值的±35%) ±7dgts

交流電流諧波的百分比

(第1到第99次諧波, 在50或60Hz時, mA檔的最小電流>100mA, A檔的最小電流>1A. 若電流在50或60Hz時為0, 則所有的百分比顯示皆為0.)

檔位	解析度	準確率
1 – 10 th	0.1 %	(讀值的±1%) ±1%
11 – 20 th	0.1 %	(讀值的±5%) ±1%
21 – 50 th	0.1 %	(讀值的±15%) ±1%
51 - 99 th	0.1 %	(讀值的±35%) ±1%

交流電流諧波的強度

(第1到第99次諧波, 在50或60Hz時, mA檔的最小電流>100mA, A檔的最小電流>1A)

檔位	解析度	準確率
1 – 10 th	0.01mA / 0.1mA / 0.001A / 0.01A	讀值在mA: (讀值的±1%)±2mA 讀值在A: (讀值的±1%)±0.3A
11 – 20 th		讀值在mA: (讀值的±7%)±2mA 讀值在A: (讀值的±7%)±0.3A
21 – 50 th		讀值在mA: (讀值的±15%)±3mA 讀值在A: (讀值的±15%)±0.3A
51 - 99 th		讀值在mA: (讀值的±35%)±3mA 讀值在A: (讀值的±35%)±0.3A

總諧波失真值

(THD-F, 針對第一個諧波, 範圍為45~65Hz, 電壓>80V, 電流在A檔位時>1A, 電流在mA檔位時>100mA, 計算值取第1個到第50個諧波, 若電壓或電流讀值為0時, 則所有顯示的百分比皆為0)

檔位 (45~65Hz)	解析度	讀值誤差
0.0 – 10.0 %	0.1%	± 2%
10.0 – 40%	0.1%	(讀值的± 5%) ± 5 %
40 – 100%	0.1%	(讀值的± 10%) ± 10 %
100 – 999.9%	0.1%	讀值的±20 %

交流電壓之峰值 (>10V) 或 交流電流之峰值 (mA檔>10mA; A檔>0.5A), 適用於連續波形 (方波除外):

檔位	取樣時間	讀值誤差
50 Hz	39 μs	± 5% ± 30 digits
60 Hz	33 μs	± 5% ± 30 digits

交流電壓 (峰值>10V) 或交流電流 (mA檔峰值>10mA; A檔峰值>0.5A) 波峰因素 (C.F.), 適用於連續波形 (方波除外):


檔位 (45~65Hz)	解析度	讀值誤差
1.00 – 99.99	0.01	± 5% ± 30 digits

頻率 (Hz)

檔位	解析度	讀值誤差	允許輸入範圍
mA (45 – 65Hz)	0.1Hz	± 0.5Hz	20mA ~ 1.2A
A (45 – 65Hz)	0.1Hz	± 0.5Hz	1A ~ 100A

靈敏度: mA檔位 > 20mA, A檔位 > 1A, 且 > 50V

一般規格:

鉤部直徑:	30mm (約略)
電池種類:	3 號電池兩枚(1.5V)
顯示器:	4+2+2 digits LCD
檔位選擇:	自動
過載顯示:	OL
耗電量:	10 毫安培 (約略)
低電源顯示:	
自動關機:	開機後 30 分鐘
顯示更新時間:	2 次/ 秒
一週取樣數:	512 (電壓V或電流A) 256 (功率 W)
溫度係數 (<18°C 或 >28°C):	0.15 x (原有的準確度) / °C
操作溫度:	-10°C 到 50°C
操作溼度:	小於 85%相對溼度
量測高度:	最高 2000 公尺
儲存溫度:	-20°C 到 60°C
儲存溼度:	小於 75%相對溼度
尺寸:	210mm (長) x 62mm (寬) x 35.6mm (高) 8.3" (長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高)
重量:	200g (含電池)
附件:	導線 手提包 x 1 使用手冊 x 1 1.5V 電池 x 2
選配:	鱷魚夾

泰儀電子股份有限公司

地址: 台灣 23145 新北市新店區寶橋路235巷129號6樓之2

電話: 886-2-89191255

傳真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

網站: www.prova.com.tw